



RETIRADA DEL PRODUCTO GENRUI SARS-COV-2 ANTIGEN TEST KIT, DEL FABRICANTE GENRUI BIOTECH INC.

Se traslada circular del Consejo General con Alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre cese de comercialización y retirada del mercado del producto GENRUI SARS-COV-2 ANTIGEN TEST KIT (referencias 52104097 y 52112086), del fabricante GENRUI BIOTECH INC, como consecuencia de un posible aumento del número de resultados falsos positivos notificado por las autoridades competentes de Irlanda, y como medida precautoria mientras se desarrolla la investigación pertinente.

A continuación, Circular.

Oviedo, 7 de enero de 2022



Circular 16/22

ALERTA FARMACÉUTICA

ASUNTO

Retirada del producto Genrui Sars-Cov-2 Antigen Test Kit, del fabricante GENRUI BIOTECH INC.

DESTINATARIO

Ilmo/a. Sr/a. Presidente/a del Colegio Oficial de Farmacéuticos

Adjunto se remite, para su conocimiento y efectos oportunos, Alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre cese de comercialización y retirada del mercado del producto GENRUI SARS-COV-2 ANTIGEN TEST KIT (referencias 52104097 y 52112086), del fabricante GENRUI BIOTECH INC, como consecuencia de un posible aumento del número de resultados falsos positivos notificado por las autoridades competentes de Irlanda, y como medida precautoria mientras se desarrolla la investigación pertinente.

A este respecto, se traslada en el siguiente cuadro los códigos nacionales de parafarmacia que han sido asignados por el Consejo General a los diferentes distribuidores de este producto.

Código nacional	Producto	Distribuidor
207288.6	TEST NASAL ANTIGENOS AUTODIAGNOSTICO SARS-COV-2 GENRUI BIOTECH 5 TEST	ALEU MEDICAL (antes PUENTECHINA)
205695.4	TEST NASAL ANTIGENOS AUTODIAGNOSTICO SARS-COV-2 GENRUI BIOTECH 1 TEST	FUDLONG
207271.8	TEST NASAL ANTIGENOS AUTODIAGNOSTICO SARS-COV-2 GENRUI BIOTECH 1 TEST	TRYNDAMERE
207272.5	TEST NASAL ANTIGENOS AUTODIAGNOSTICO SARS-COV-2 GENRUI BIOTECH 5 TEST	

Por tanto, y mientras no se disponga de más información sobre las investigaciones llevadas a cabo, desde la AEMPS se ha trasladado a este Consejo General la conveniencia, como medida precautoria, de no dispensar los mencionados productos del fabricante GENRUI BIOTECH INC, ya sea de los distribuidores con código nacional de parafarmacia

trasladados en cuadro anterior, o de cualquier otro distribuidor de los incluidos en la alerta de la AEMPS que lo pudieran estar distribuyendo sin código nacional.

Desde este Consejo General se dará traslado de cualquier otra información complementaria sobre este asunto que se reciba de la AEMPS.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Madrid, 7 de enero de 2022

LA SECRETARIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rogelio', is written over the text 'LA SECRETARIA'.