

ALERTA DETECCIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS CON MARCADO CE FALSO.

Desde Consejería de Salud nos trasladan dos alertas de control de mercado, emitidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [AEMPS], de Termómetro, Pulsioxímetro, Monitor de signos, Monitor de paciente multiparámetro HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD NO. 1121, CHOUZHOU NORTH RD, YIWU, China, y de Mascarilla quirúrgica de 3 capas TANKOÇ TEKSTIL ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. STİ con certificado de mercado CE falso

Termómetro, Pulsioxímetro, Monitor de signos, Monitor de paciente multiparámetro	HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD NO. 1121, CHOUZHOU NORTH RD, YIWU, China	2022-137*
Mascarilla quirúrgica de 3 capas	TANKOÇ TEKSTİL ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. STİ. Mehmet Akif Mah. Sahinbey Cad. No: 51/1 34794 Çekmeköy / İstanbul, Turquía	2022-138*

La información completa de estas alertas, así como la relación completa de productos sanitarios (mascarillas quirúrgicas, batas, guantes, etc.) que no cumplen la regulación detectados, puede consultarse en:

<https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/>

En caso de detectarse alguno de los productos identificados, en las mismas o por cualquier otra alerta de control de mercado emitida por la AEMPS, se debe informar al Centro Autonómico de Farmacovigilancia, detallando medidas adoptadas, así como si han observado alguna anomalía en los productos afectados. Contacto:

farmacovigilancia@asturias.org

Oviedo, 15 de marzo de 2022